

Sicherheitszeichen im Labor

Warnung vor Gasflaschen

DIN
12 001
Teil 1

Safety markings in laboratories; pressure cylinders

Symboles de sûreté pour laboratoires; cylindres à gaz comprimé

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt auf der Basis von DIN 4844 Teil 1 ein Warnzeichen für die Warnung vor Gasflaschen fest, das in Räumen, Bereichen und Schränken, in denen Gasflaschen gelagert, bereitgehalten oder aufgestellt werden, Anwendung findet.

2 Warnzeichen

W 15 Warnung vor Gasflaschen



Bezeichnung des Warnzeichens W 15 „Warnung vor Gasflaschen“:

Warnzeichen DIN 12 001 – W15

Form, Farbe und Größe des Warnzeichens nach DIN 4844 Teil 1/05.80, Abschnitt 4.

Bildzeichen „Gasflasche“ nach DIN 30 600 Reg.-Nr 752.

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuß Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitskennzeichnung (NPS) im DIN

Zitierte Normen

DIN 4844 Teil 1 Sicherheitskennzeichnung; Begriffe, Grundsätze und Sicherheitszeichen
DIN 30 600 Graphische Symbole; Registrierung, Bezeichnung

Weitere Normen

DIN 12 925 Teil 2 Laboreinrichtungen; Schränke für Druckgasflaschen; Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen

Internationale Patentklassifikation

G 09 F 7/00