

DIN 12244

ICS 71.040.20

Ersatz für
DIN 12244-1:1979-04**Laborgeräte aus Glas –
Kugelschliffe für austauschbare Verbindungen, Maße, Grenzabmaße**Laboratory glassware –
Interchangeable spherical ground joints, dimensions, tolerancesVerrerie de laboratoire –
Assemblages sphériques rodés interchangeables, dimensions, tolérances

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Maße, Bezeichnung	5
5 Dichtheit	7
6 Werkstoffe	7
7 Ausführungen	8
Literaturhinweise	9

Bilder

Bild 1 — Kugelschliffverbindung (V)	6
Bild 2 — Anwendungsbeispiel mit Klemmen für Kugelschliffverbindungen	7

Tabellen

Tabelle 1 — Kugelflächen Schliffschale (A) und Schliffkugel (B)	7
---	---

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 055-01-03 AA „Glasgeräte und Apparate“ im DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa) erarbeitet.

Zum Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm ISO 641:1975, siehe Einleitung.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 12244-1:1979-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Dokument redaktionell überarbeitet;
- b) normative Verweisungen aktualisiert;
- c) Nenngröße S 40 zu S 38 geändert;
- d) Abschnitt 5 „Dichtheit“ überarbeitet;
- e) Abschnitt 6 „Werkstoffe“ und Abschnitt 7 „Ausführungen“ ergänzt.

Frühere Ausgaben

DIN 12244: 1963-07
DIN 12244-1: 1979-04