

DIN 12839



ICS 71.040.20

Ersatz für
DIN 12839:1964-11**Verdünnungspipette nach Demeter 2,2**

Dilution pipette, Demeter type 2,2

Pipette de dilution selon Demeter 2,2

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa)
DIN-Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Werkstoff	5
5 Ausführung	5
6 Ringmarken	5
7 Volumen	5
8 Justierung	6
9 Beschriftung	6
10 Schrift	6
11 Maße	6
12 Bezeichnung	8
Literaturhinweise	9

Bilder

Bild 1 — Maße einer Pipette 2,2 DIN 12839	7
---	---

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 057-05-13 AA „Milch und Milcherzeugnisse – Probenahme- und Untersuchungsverfahren“ im DIN-Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) und vom Arbeitsausschuss NA 055-01-08 AA „Volumenmessgeräte“ im DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 12839:1964-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ wurde hinzugefügt;
- b) die normativen Verweisungen wurden im gesamten Dokument aktualisiert;
- c) Abschnitt 3 „Begriffe“ wurde hinzugefügt;
- d) die Bezeichnung der Pipette in Abschnitt 12 wurde den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst;
- e) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 12839: 1964-11