

## DIN 13157



ICS 11.160

Ersatz für  
DIN 13157:2009-11  
Siehe Anwendungsbeginn

**Erste-Hilfe-Material –  
Verbandkasten C**

First aid material –  
First aid box C

Matériel de premiers secours –  
Boîte à pansements C

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed)

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2021-11-01.  
Für DIN 13157:2009-11 besteht eine Übergangsfrist bis 2022-04-30.

Inhalt

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort . . . . .                                                        | 3     |
| 1 Anwendungsbereich . . . . .                                            | 4     |
| 2 Normative Verweisungen . . . . .                                       | 4     |
| 3 Begriffe . . . . .                                                     | 4     |
| 4 Maße, Bezeichnung . . . . .                                            | 5     |
| 4.1 Behältnismaße . . . . .                                              | 5     |
| 4.2 Bezeichnung für das Behältnis nach 4.1 . . . . .                     | 5     |
| 4.3 Bezeichnung für andere Behältnisse . . . . .                         | 5     |
| 5 Sicherheitstechnische Anforderungen . . . . .                          | 5     |
| 6 Inhalt . . . . .                                                       | 6     |
| 7 Prüfung des Behältnisses . . . . .                                     | 7     |
| 7.1 Beständigkeit gegen Kraftstoffe . . . . .                            | 7     |
| 7.2 Prüfung des Anstrichs und der Kennzeichnung . . . . .                | 7     |
| 7.3 Beständigkeit gegen Temperaturwechsel . . . . .                      | 8     |
| 7.4 Dichtheitsprüfung . . . . .                                          | 8     |
| 7.5 Fallprüfung . . . . .                                                | 8     |
| 8 Kennzeichnung . . . . .                                                | 8     |
| 8.1 Kennzeichnung im Hinblick auf das Behältnis und den Inhalt . . . . . | 8     |
| 8.2 Kennzeichnung im Hinblick auf den Inhalt . . . . .                   | 8     |
| 8.3 Kennzeichnung allgemein . . . . .                                    | 8     |
| Literaturhinweise . . . . .                                              | 9     |

Tabellen

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Tabelle 1 — Inhalt des Verbandkastens . . . . . | 6 |
|-------------------------------------------------|---|

## Vorwort

Dieses Dokument enthält im Abschnitt 5 sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 063-01-06 AA „Verbandmittel und Behältnisse“ im DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN ([www.din.de](http://www.din.de)) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

## Änderungen

Gegenüber DIN 13157:2009-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) sicherheitstechnische Anforderungen wurden dem Stand der Technik angepasst;
- b) Anpassung der Inhalte:
  - die Stückzahl des Pflastersortiments wurde angepasst,
  - Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut wurden aufgenommen,
  - Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683, wurden aufgenommen;
- c) Unterabschnitt 8.2. „Kennzeichnung mit Hinblick auf den Inhalt“ wurde aktualisiert;
- d) Unterabschnitt 8.3 „Kennzeichnung allgemein“ wurde aktualisiert.

## Frühere Ausgaben

DIN 13164: 1957-11, 1964x-01

DIN 13164-2: 1970-01

DIN 13157: 1986-02, 1988-10, 1996-08, 2009-11