

DIN 13458

ICS 11.040.30

Ersatz für
DIN 13458:1988-10 und
VG 13458:1991-09

**Medizinische Instrumente –
Ligaturnadel**

Medical instruments –
Ligature needle

Instruments médicaux –
Aiguille à ligature

Gesamtumfang 4 Seiten

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Die Normen über „Medizinische Instrumente“ werden im Hinblick auf die Übernahme der VG-Normen in das Deutsche Normenwerk komplett überarbeitet.

Zur eindeutigen Festlegung und zur Sicherstellung logistischer Forderungen der Bundeswehr wurden weitere Maße, Angaben und Kennzeichnungen aufgenommen (siehe Abschnitte 5 und 6).

Änderungen

Gegenüber DIN 13458:1988-10 und VG 13458:1991-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Abschnitte Anwendungsbereich, Allgemeines, Kennzeichnung und Verpackung aufgenommen bzw. ergänzt;
- b) Zusatzkennzeichnung für die Bundeswehr in Abschnitt 5 aufgenommen;
- c) Norm redaktionell überarbeitet;
- d) Gewichtsangabe entfällt.

Frühere Ausgaben

DIN 13458: 1985-12; 1988-10

VG 13458: 1991-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen für die Ligaturnadel fest, wie sie in der Chirurgie oder im Gesundheitswesen verwendet wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 58298:2005-12, *Medizinische Instrumente — Werkstoffe, Ausführung und Prüfung*

DIN 96042, *Medizinische Instrumente — Verpackung — Technische Spezifikation*