

DIN 13459**DIN**

ICS 11.040.30

Ersatz für
DIN 13459:1982-09**Medizinische Instrumente –
Nadelhalter nach Stratte mit Hartmetall-Einlagen**Medical instruments –
Needle holder type Stratte with carbide insertsInstruments médicaux –
Porte-aiguilles de Stratte avec plaquettes en métal dur

Gesamtumfang 5 Seiten

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ erarbeitet.

Die Normen über „Medizinische Instrumente“ werden im Hinblick auf die Übernahme der VG-Normen in das Deutsche Normenwerk komplett überarbeitet.

Zur eindeutigen Festlegung und zur Sicherstellung logistischer Forderungen der Bundeswehr wurden weitere Maße und Angaben aufgenommen (siehe Abschnitte 5 und 6).

Änderungen

Gegenüber DIN 13459:1982-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die Abschnitte Anwendungsbereich, Allgemeines, Kennzeichnung und Verpackung wurden aufgenommen bzw. ergänzt;
- b) Maß für die maximale Breite bei geschlossenem Nadelhalter gestrichen;
- c) Zusatzkennzeichnung für die Bundeswehr in Abschnitt 5 aufgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN 13495: 1982-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen für Nadelhalter nach Stratte mit Hartmetall-Einlagen fest, wie sie in der Chirurgie, im Gesundheitswesen oder innerhalb der Bundeswehr verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 58298:2005-12, *Medizinische Instrumente — Werkstoffe, Ausführung und Prüfung*

DIN 58300, *Schlussarten für chirurgische Instrumente*

DIN 96042, *Medizinische Instrumente — Verpackung — Technische Spezifikation*