

DIN 58231**DIN**

ICS 11.040.30

Ersatz für
DIN 58231:1970-08 und
VG 58231:1986-02**Medizinische Instrumente –
Arterienklemmen nach Halstead**Medical instruments –
Haemostatic forceps type HalsteadInstruments médicaux –
Pincés hémostatiques de Halstead

Gesamtumfang 7 Seiten

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Die Normen über „Medizinische Instrumente“ werden im Hinblick auf die Übernahme der VG-Normen in das Deutsche Normenwerk komplett überarbeitet.

Zur eindeutigen Festlegung und zur Sicherstellung logistischer Forderungen der Bundeswehr wurden weitere Maße, Angaben und Kennzeichnungen aufgenommen (siehe Abschnitte 5 und 6).

Änderungen

Gegenüber DIN 58231:1970-08 und VG 58231:1986-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Abschnitte Anwendungsbereich, Allgemeines, Kennzeichnung und Verpackung aufgenommen bzw. ergänzt;
- b) Ringmaß gestrichen;
- c) Platz für Kennzeichnung „durch Ätzen/durch Stempeln“ gestrichen;
- d) Maße der Form A geändert;
- e) Norm redaktionell überarbeitet;
- f) Zusatzkennzeichnung für die Bundeswehr in Abschnitt 5 aufgenommen.
- g) Gewichtsangabe entfällt;
- h) Normbezeichnung geändert.

Frühere Ausgaben

DIN 58231: 1970-08

VG 58231: 1971-12, 1986-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen für Arterienklemmen nach Halstead fest, wie sie in der Chirurgie, im Gesundheitswesen oder innerhalb der Bundeswehr verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 58298:2005-12, *Medizinische Instrumente — Werkstoffe, Ausführung und Prüfung*

DIN 58299, *Rillen für chirurgische Instrumente — Profilwinkel, Teilungen*

DIN 58300, *Schlussarten für chirurgische Instrumente*

DIN 96042, *Medizinische Instrumente — Verpackung — Technische Spezifikation*

3 Maße

Die Maße sind in Tabelle 1, Bild 2 und Bild 4 angegeben.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Tabelle 1 — Maße

Maße in Millimeter

Form	l_1 ± 5	a ± 0,3	b_1 ± 0,2	b_2 ± 0,5	l_2 ± 3	t	Durchsteck- schluss nach DIN 58300	Rillen nach DIN 58299
A	185	4	1,6	7	30	2	D18	60 × 0,7
B	125	3,3	1,5	6	20	1,75	D14	60 × 0,6
C								
D								