

DIN 58266-2

DIN

ICS 11.040.30

Ersatz für
DIN 58266-2:2010-02 und
DIN 96121:2011-12**Medizinische Instrumente –
Nadelhalter nach Crile-Wood –
Teil 2: Mit Hartmetall-Einlagen**Medical instruments –
Needle holder type Crile-Wood –
Part 2: With carbide insertsInstruments médicaux –
Porte-aiguilles de Crile-Wood –
Partie 2: Avec plaquettes en métal dur

Gesamtumfang 4 Seiten

DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO)

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 58266-2:2010-02 und DIN 96121:2011-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Angabe des Messpunktes für die Messung der Maulbreite in Bild 1 als theoretisch genaues Maß ohne Grenzabmaße;
- b) die Abschnitte zu Werkstoffen und Kennzeichnung wurden aktualisiert;
- c) Abschnitt 5 „Prüfungen“ wurde hinzugefügt und verweist auf DIN 96298-3;
- d) die zusätzlichen Angaben für die Bundeswehr wurden gestrichen.

Frühere Ausgaben

DIN 58266-2: 1979-07, 2010-02
VG 96121: 1986-12
DIN 96121: 2011-12