

**Werkstoffe, Ausführung
und Prüfung medizinischer Instrumente**
Teil 20: Instrumente zur Verwendung mit Trokaren nach DIN 58298-19

DIN
58298-20

ICS 11.040.30

Materials, finish and testing of medical instruments —
Part 20: Instruments for use with trocars according to DIN 58298-19

Matériaux, finitions et essais pour les instruments médicaux —
Partie 20: Instruments pour l'utilisation avec les trocars DIN 58298-19

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeitsausschuss O22 UA1 „Endoskopisches Instrumentarium“, erstellt.

DIN 58298 *Werkstoffe, Ausführung und Prüfung medizinischer Instrumente* besteht aus:

- Teil 1: Pinzetten
- Teil 2: Scheren
- Teil 3: Ringzangen
- Teil 4: Knochensplitterzangen und Hohlmeißelzangen
- Teil 5: Branchenzangen
- Teil 6: Chonchotome
- Teil 7: Skalpelle und Messer
- Teil 8: Wundhaken
- Teil 9: Sonden
- Teil 10: Meißel, Küretten und scharfe Löffel
- Teil 11: Hämmer
- Teil 12: Handsägen
- Teil 19: Trokare
- Teil 20: Instrumente zur Verwendung mit Trokaren nach DIN 58298-19

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Ausführung, Prüfung und Kennzeichnung für Instrumente zur Verwendung mit Trokaren nach DIN 58298-19 fest.

2 Normative Verweisungen


Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN 58298-19, *Werkstoffe, Ausführung und Prüfung medizinischer Instrumente – Teil 19: Trokare*.

3 Maße, Bezeichnung

Siehe Bild 1 und Tabelle 1.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.



Legende

- 1 Beispiel für Funktionsteil
- 2 Schaft
- 3 Beispiel für Griff
- $l_{I,S}$ Instrument, Schaftlänge (Bereich $d \leq d_{I,a}$, ohne Funktionsteil)
- $l_{I,N}$ Instrument, Nutzlänge
- $d_{I,a}$ Instrument, Außendurchmesser

Bild 1 — Instrument für Trokar (schematisch)