

DIN 96115**DIN**

ICS 11.040.30

Ersatz für
VG 96115:1988-10**Medizinische Instrumente –
Hohlmeißel nach Lexer**Medical instruments –
Gauges type LexerInstruments médicaux –
Gouges de Lexer

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Maße	4
3.1 Form A, gerade	4
3.2 Form B, gerade	5
3.3 Form C, aufgebogen	7
4 Bezeichnung, Werkstoffe, Ausführung und Prüfung	7
5 Kennzeichnung	7
6 Verpackung	7
Literaturhinweise	8

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Die Normen über „Medizinische Instrumente“ werden im Hinblick auf die Übernahme der VG-Normen in das Deutsche Normenwerk komplett überarbeitet.

Zur eindeutigen Festlegung und zur Sicherstellung logistischer Forderungen der Bundeswehr wurden weitere Maße und Angaben aufgenommen (siehe Abschnitt 6).

Änderungen

Gegenüber VG 96115:1988-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die Abschnitte Anwendungsbereich, Allgemeines, Kennzeichnung und Verpackung aufgenommen bzw. ergänzt;
- b) Norm redaktionell überarbeitet;
- c) Gewichtsangabe entfällt;
- d) Form B, gerade und aufgebogen, zusätzlich aufgenommen;
- e) Normbezeichnung geändert;
- f) Prüfung nach DIN 58298 aufgenommen.

Frühere Ausgaben

VG 96115: 1988-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen für Hohlmeißel nach Lexer fest, wie sie in der Chirurgie, im Gesundheitswesen oder innerhalb der Bundeswehr verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 58298:2010-09, *Medizinische Instrumente — Werkstoffe, Ausführung und Prüfung*

DIN 96042, *Medizinische Instrumente — Verpackung — Technische Spezifikation*