

	Katheter Prüfverfahren für die Knickbildung von Kathetern mit Einzellumen und Schläuchen zur medizinischen Anwendung Deutsche Fassung EN 13868:2002	DIN EN 13868
--	---	------------------------

ICS 11.040.20

Catheters — Test methods for kinking of single lumen catheters and
medical tubing;
German version EN 13868:2002

Cathéters — Méthodes d'essai de résistance à la plicature pour cathéters
à simple voie et tubes à usage médical;
Version allemande EN 13868:2002

Die Europäische Norm EN 13868:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäische Norm EN 13868 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 205 „Nichtaktive Medizinprodukte“ unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. war hierfür der Arbeitsausschuss A 2 „Katheter, Drainagen“ im Normenausschuss Medizin (NAMed) zuständig.

Fortsetzung 14 Seiten EN

Normenausschuss Medizin (NAMed) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

— Leerseite —

Deutsche Fassung

Katheter - Prüfverfahren für die Knickbildung von Kathetern mit
Einzellumen und Schläuchen zur medizinischen Anwendung

Catheters - Test methods for kinking of single lumen
catheters and medical tubing

Cathéters - Méthodes d'essai de résistance à la plicature
pour cathéters à simple voie et tubes à usage médical

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 10. Mai 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Begriffe	4
3 Prüfverfahren und Ergebnisse.....	5
Anhang A (normativ) Knickbildung – Kurzzeitprüfung	6
Anhang B (normativ) Knickbildung – Langzeitprüfung.....	11

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom CEN/TC 205 „Nichtaktive Medizinprodukte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Februar 2003 zurückgezogen werden.

Die Anhänge A und B sind normativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.