

DIN ISO 11418-5

ICS 11.120.99; 55.100

Ersatz für
DIN ISO 11418-5:1998-09**Behältnisse und Zubehör für Arzneimittel –
Teil 5: Pipettenmonturen (ISO 11418-5:2015)**Containers and accessories for pharmaceutical preparations –
Part 5: Dropper assemblies (ISO 11418-5:2015)Récipients et accessoires pour préparations pharmaceutiques –
Partie 5: Compte-gouttes (ISO 11418-5:2015)

Gesamtumfang 13 Seiten

DIN-Normenausschuss Medizin (NAMED)

Inhalt

	Seite
Nationales Vorwort.....	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Maße und Bezeichnung	5
3.1 Maße.....	5
3.1.1 Pipettensauger mit kleinem Saugvolumen (DBS)	7
3.1.2 Pipettensauger mit mittlerem Saugvolumen (DBM)	8
3.1.3 Schraubkappe	9
3.1.4 Pipette.....	10
3.2 Bezeichnung	11
3.2.1 Schraubkappe	11
3.2.2 Pipettensauger mit kleinem Saugvolumen (DBS)	11
3.2.3 Pipettensauger mit mittlerem Saugvolumen (DBM)	11
3.2.4 Pipette.....	11
4 Werkstoff.....	12
4.1 Pipettensauger	12
4.2 Pipette.....	12
4.3 Schraubkappe	12
5 Anforderungen	12
5.1 Pipettensauger	12
5.2 Pipette.....	12
Literaturhinweise.....	13

Nationales Vorwort

Dieses Dokument ist die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm ISO 11418-5:2015, die im Technischen Komitee ISO/TC 76 „*Transfusion, infusion and injection, and blood processing equipment for medical and pharmaceutical use*“ unter Beteiligung deutscher Experten erarbeitet wurde. Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 063-02-15 AA „Elastomere Pharmapackmittel und zugehörige Komponenten“ im DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed).

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Die Normenreihe DIN ISO 11418 unter dem allgemeinen Titel *Behältnisse und Zubehör für Arzneimittel* besteht aus den folgenden Teilen:

- Teil 1: Tropfflaschen aus Glas
- Teil 2: Gewindeflaschen aus Glas für Sirupe
- Teil 3: Gewindeflaschen aus Glas für feste und flüssige Arzneimittel (veral)
- Teil 4: Tablettenflaschen aus Glas
- Teil 5: Pipettenmonturen
- Teil 7: Gewindeflaschen aus Röhrenglas für flüssige Arzneimittel

Für die in diesem Dokument zitierten Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 719	siehe	DIN ISO 719
ISO 720	siehe	DIN ISO 720
ISO 4802 (alle Teile)	siehe	DIN ISO 4802
ISO 8362-2	siehe	DIN EN ISO 8362-2
ISO 8871 (alle Teile)	siehe	DIN EN ISO 8871 (alle Teile)
ISO 11418-1	siehe	DIN ISO 11418-1

Änderungen

Gegenüber DIN ISO 11418-5:1998-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Verweisungen aktualisiert;
- b) redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 58378-5: 1986-08
DIN ISO 11418-5: 1998-09

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 8362-2, *Injektionsbehältnisse und Zubehör — Teil 2: Stopfen für Injektionsflaschen*

DIN ISO 4802 (alle Teile), *Glasartikel — Wasserbeständigkeit der inneren Oberfläche von Glasbehältern*

DIN EN ISO 8871 (alle Teile), *Elastomere Teile für Parenteralia und für Geräte zur pharmazeutischen Verwendung*

DIN ISO 719, *Glas — Wasserbeständigkeit von Glasgriß bei 98 °C — Prüfverfahren und Klasseneinteilung*

DIN ISO 720, *Glas — Wasserbeständigkeit von Glasgriß bei 121 °C — Prüfverfahren und Klasseneinteilung*

DIN ISO 11418-1, *Behältnisse und Zubehör für Arzneimittel — Teil 1: Tropfflaschen aus Glas*