

DIN ISO 8600-3

ICS 11.040.55

Ersatz für
DIN ISO 8600-3:2001-02

**Optik und optische Instrumente –
Medizinische Endoskope und endoskopisches Zubehör –
Teil 3: Bestimmung des Gesichtsfeldes und der Blickrichtung von
Endoskopen mit Optik (ISO 8600-3:1997 + Amd.1:2003)**

Optics and optical instruments –
Medical endoscopes and endoscopic accessories –
Part 3: Determination of field of view and direction of view of endoscopes with optics
(ISO 8600-3:1997 + Amd.1:2003)

Optique et instruments d'optique –
Endoscopes médicaux et leurs accessoires –
Partie 3: Détermination du champ d'observation et de la direction d'observation des
endoscopes optiques (ISO 8600-3:1997 + Amd.1:2003)

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 8600-3:1997 „Optics and optical instruments — Medical endoscopes and endoscopic accessories — Part 3: Determination of field of view and direction of view of endoscopes with optics“, einschließlich Änderung ISO 8600-3:1997/Amd.1:2003 wurde von ISO/TC 172/SC 5 unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut für Normung war hierfür der Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) zuständig.

Betreffend Endoskope wird weiterhin auf DIN ISO 8600-1 und DIN 58105 sowie DIN ISO 8600-4 hingewiesen.

Die Änderung 1:2003 wurde durch eine senkrechte Linie am linken Seitenrand im Text gekennzeichnet.

Änderungen

Gegenüber DIN ISO 8600-3:2001-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- in 3.1, 3.3. und 4.2 zusätzliche Anforderungen zum Arbeitsabstand aufgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN ISO 8600-3: 2001-02

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 58105, *Medizinische Endoskope – Schnittstellen und Lenkung des distalen Endes*

DIN ISO 8600-1, *Optik und optische Instrumente – Medizinische Endoskope und endoskopisches Zubehör – Teil 1: Allgemeine Anforderungen*

DIN ISO 8600-4, *Optik und optische Instrumente – Medizinische Endoskope und endoskopisches Zubehör – Teil 4: Festlegung der maximalen Weite des Einführteiles*

Deutsche Übersetzung

Optik und optische Instrumente
Medizinische Endoskope und endoskopisches Zubehör
Teil 3: Bestimmung des Gesichtsfeldes und der Blickrichtung von
Endoskopen mit Optik