

**DIN 12463**

ICS 71.040.20

Einsprüche bis 2018-11-07  
Vorgesehen als Ersatz für  
DIN 12463:1967-03

**Entwurf**

## **Laborgeräte aus Glas — Flaschen von 200 mm Höhe mit Normschliff**

Laboratory glassware —  
Bottles with standard ground joint, 200 mm in height

Verrerie de laboratoire —  
Flacons à rodage normalis, 200 mm d'hauteur

### **Anwendungswarnvermerk**

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-09-07 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter [www.din.de/go/entwuerfe](http://www.din.de/go/entwuerfe) bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter [www.entwuerfe.normenbibliothek.de](http://www.entwuerfe.normenbibliothek.de), sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an [fnla@din.de](mailto:fnla@din.de) möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter [www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe](http://www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe) oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter [www.dke.de/stellungnahme](http://www.dke.de/stellungnahme) abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa)



## **Inhalt**

|                                            | Seite    |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>Vorwort</b> . . . . .                   | <b>3</b> |
| <b>1 Anwendungsbereich</b> . . . . .       | <b>4</b> |
| <b>2 Normative Verweisungen</b> . . . . .  | <b>4</b> |
| <b>3 Maße, Bezeichnung</b> . . . . .       | <b>4</b> |
| <b>4 Werkstoff</b> . . . . .               | <b>7</b> |
| <b>5 Ausführung/Konstruktion</b> . . . . . | <b>7</b> |
| <b>6 Kennzeichnung</b> . . . . .           | <b>8</b> |
| <b>Literaturhinweise</b> . . . . .         | <b>9</b> |

## **Bilder**

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Bild 1 — Flasche von 100 ml und 250 ml Nenninhalt</b> . . . . .             | <b>5</b> |
| <b>Bild 2 — Flasche von 500 ml, 1 000 ml und 2 000 ml Nenninhalt</b> . . . . . | <b>6</b> |
| <b>Bild 3 — Rand verstärkt</b> . . . . .                                       | <b>8</b> |

## **Tabellen**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Tabelle 1 — Nenninhalt</b> . . . . . | <b>7</b> |
|-----------------------------------------|----------|

## Vorwort

Diese Norm ist vom Arbeitsausschuss NA 055-01-03 AA „Glasgeräte und Apparate“ im DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa) erarbeitet worden.

## Änderungen

Gegenüber DIN 12463:1967-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Werkstoff, Maße und Ausführung geändert;
- b) Anpassung der normativen Verweisungen;
- c) Überarbeitung von Abschnitt 3, Maße, Bezeichnung;
- d) Ergänzung eines Literaturverzeichnisses;
- e) redaktionelle Überarbeitung.