

DIN 12473-1



ICS 71.040.20

Einsprüche bis 2019-09-19
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 12473-1:1976-04

Entwurf

Laborgeräte aus Glas – Teil 1: Gasproberohre mit Einweg-Kegelhähnen

Laboratory glassware –

Part 1: Gas sampling tubes with straight bore stopcocks

Verrerie de laboratoire –

Partie 1: Tubes à prélèvement de gaz à robinets droits à une voie

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-07-19 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an fnla@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa), 10772 Berlin, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Maße, Bezeichnung	6
5 Werkstoff	6
6 Dichtheitsanforderungen und -prüfung	7
6.1 Dichtheit der Hähne	7
6.2 Dichtheit des betriebsfertigen Gasproberohres	7
7 Kennzeichen und Aufschriften	7
8 Beschriftungsfeld	7
Literaturhinweise	8

Bilder

Bild 1 — Gasproberohres mit Einweg-Kegelhähnen	6
--	---

Tabellen

Tabelle 1 — Maße in Millimeter	6
--	---

Vorwort

Dieses Dokument ist vom Arbeitsausschuss NA 055-01-03 AA „Glasgeräte und Apparate“ im DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNL) erarbeitet worden.

Änderungen

Gegenüber DIN 12473-1:1976-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anpassung der Zeichnung, Glasgewinde hinzugefügt;
- b) Änderung der Bezeichnung;
- c) redaktionelle Anpassungen an die derzeitig geltenden Gestaltungsregeln.