

DIN 13134**DIN**

ICS 11.040.30

Einsprüche bis 2008-11-30
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 13134-1:1980-06**Entwurf****Medizinische Instrumente –
Gerade Uterusscheren nach Sims, ohne Hartmetall-Einlagen**

Medical instruments –

Uterine scissors, straight, type Sims without carbide inserts

Instruments médicaux –

Ciseaux utérins, droits de Sims sans plaquettes en métal dur

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2008-09-08 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an nafuo@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN (Hausanschrift: Alexander-Wellendorff-Str. 2, 75172 Pforzheim).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 4 Seiten

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 13134-1:1980-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Die Norm wurde den neuen Gestaltungsregeln angepasst;
- b) Prüfung nach DIN 58298 wurde aufgenommen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen für gerade Uterusscheren ohne Hartmetall-Einlagen fest, wie sie in der Chirurgie oder im Gesundheitswesen verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 58298:2005-12, *Medizinische Instrumente — Werkstoffe, Ausführung und Prüfung*

DIN 58300, *Schlussarten für chirurgische Instrumente*

3 Maße

Maße sind in Tabelle 1 angegeben.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Tabelle 1 — Maße

Maße in Millimeter

l_1	a	b	l_2	l_3
± 5	$\pm 0,5$	± 1	± 3	± 3
200	6,5	11,5	60	50
230	7,5	13	72	61