

DIN 13137

ICS 11.040.30

Einsprüche bis 2016-08-03
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 13137:2010-02

Entwurf

Medizinische Instrumente – Bauchdeckenhaken nach Fritsch

Medical instruments –
Abdominal retractor type Fritsch

Instruments médicaux –
Écarteur abdominal de Fritsch

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-06-03 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nafuo@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) (Hausanschrift: Alexander-Wellendorff-Str. 2, 75172 Pforzheim).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 4 Seiten

DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO)

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im DIN Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 13137:2010-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Nennwerte für das Maß h in Tabelle 1 wurden abgeändert;
- b) Maß h in Bild 1 wurde korrigiert, indem es als innen gemessenes Maß eingezeichnet wurde;
- c) Abschnitte 3 und 4 wurden redaktionell überarbeitet und von der Struktur an andere Normen für chirurgische Instrumente angeglichen.