DEUTSCHE NORM **Entwurf** September 2008

DIN 13146

ICS 11.040.30

Einsprüche bis 2008-11-30
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 13146:1979-06

Entwurf

Medizinische Instrumente – Hammer nach Hajek

Medical instruments –
Mallet type Hajek

Instruments médicaux –
Maillet de Hajek

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2008-09-08 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an nafuo@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN (Hausanschrift: Alexander-Wellendorff-Str. 2, 75172 Pforzheim).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 3 Seiten

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN

AVA Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 13146:2008-09

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 13146:1979-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Die Norm wurde den neuen Gestaltungsregeln angepasst;

b) Prüfung nach DIN 58298 wurde aufgenommen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen für Hämmer nach Hajek fest, wie sie in der Chirurgie oder im Gesundheitswesen verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 58298:2005-12, *Medizinische Instrumente — Werkstoffe, Ausführung und Prüfung*

3 Maße

Maße sind in Bild 1 angegeben.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 13146:2008-09