

DIN 13172

ICS 11.040.30

Einsprüche bis 2017-07-05
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 13172:2006-12

Entwurf

Medizinische Instrumente – Gefäßpinzetten nach De Bakey

Medical instruments –
Vessel forceps type De Bakey

Instruments médicaux –
Pincés pour chirurgie vasculaire de De Bakay

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-05-05 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nafuo@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Alexander-Wellendorff-Str. 2, 75172 Pforzheim.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 6 Seiten

DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO)

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 13172:2006-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) der Begriff „Rillen“ wurde in Übereinstimmung der Neufassung der DIN 58299 in „Zahnung“ geändert;
- b) die Abschnitte zu Werkstoffen und Kennzeichnung wurden aktualisiert;
- c) Abschnitt 5 „Prüfungen“ wurde hinzugefügt und verweist auf DIN 96298-3;
- d) die zusätzlichen Angaben für die Bundeswehr wurden gestrichen.