

DIN 13173

ICS 11.040.30

Einsprüche bis 2016-08-03
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 13173:2005-12

Entwurf

Medizinische Instrumente – Tupferzangen

Medical instruments –
Dressing forceps

Instruments médicaux –
Pincès porte-coton

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-06-03 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nafuo@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) (Hausanschrift: Alexander-Wellendorff-Str. 2, 75172 Pforzheim).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 7 Seiten

DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO)

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 13173:2005-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) das Maß für die Ringweite in Bild 1 wurde gestrichen;
- b) im Titel von Bild 2 wurde „aufgebogen“ durch „gebogen“ ersetzt;
- c) der eingehauene Zahn in Bild 3 wurde entfernt;
- d) die zusätzlichen Angaben für die Bundeswehr wurden gestrichen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen für medizinische Instrumente fest, wie sie in der Chirurgie und im Gesundheitswesen verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 58298:2005-12, *Medizinische Instrumente — Werkstoffe, Ausführung und Prüfung*

DIN 58300, *Schlussarten für chirurgische Instrumente*

3 Maße und Bezeichnung

3.1 Maße

Tabelle 1 — Maße

Maße in Millimeter

Form	l_1 ± 5	a ± 0,5	b_1 ± 0,3	b_2 ± 1	h ± 3	l_2 ± 5	l_4 ± 2	Durchsteck- schluss nach DIN 58300	Sperrzähne	
									Anzahl	t^a
A	222	5,5	5,3	9,5	21	75	26	D 22	3 : 3 oder ^b 4 : 4	2,5
	250	6	5,5	10	25	88	26	D 24	4 : 4	2,75
B	265		6,8							

^a Diese Maße bleiben bei der Abnahmeprüfung unberücksichtigt.

^b Nach Wahl des Herstellers.