

DIN 13193

ICS 11.040.30

Einsprüche bis 2022-09-08
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 13193:2016-12

Entwurf**Medizinische Instrumente –
Hohlmeißelzangen nach Luer**

Medical instruments –
Rongeurs type Luer

Instruments médicaux –
Pince-gouge de Luer

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2022-07-08 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nafuo@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Alexander-Wellendorff-Str. 2, 75172 Pforzheim.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße und Bezeichnung	4
4.1 Maße	4
4.2 Bezeichnung	10
5 Werkstoff	10
6 Prüfungen	10
7 Kennzeichnung	10

Bilder

Bild 1 — Hohlmeißelzangen nach Luer — Form A	5
Bild 2 — Hohlmeißelzangen nach Luer — Form B	6
Bild 3 — Hohlmeißelzangen nach Luer — Form C	7
Bild 4 — Hohlmeißelzangen nach Luer — Form D	7
Bild 5 — Hohlmeißelzangen nach Luer — Form E	8
Bild 6 — Hohlmeißelzangen nach Luer — Form F	8
Bild 7 — Hohlmeißelzangen nach Luer — Form G	9
Bild 8 — Hohlmeißelzangen nach Luer-Friedmann — Form H	10

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 13193:2016-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ aktualisiert und DIN 58298:2010-09 durch DIN 96298-3:2017-10 ersetzt;
- b) Abschnitt 3 „Begriffe“ aufgenommen;
- c) bisherigen Abschnitt 3 „Maße“ und Abschnitt 4 „Bezeichnung, Werkstoffe und Ausführung“ in neuen Abschnitt 4 „Maße und Bezeichnung“ und Abschnitt 5 „Werkstoffe“ umgewandelt und Inhalte aktualisiert;
- d) bisherigen Abschnitt 5 „Kennzeichnung“ gestrichen;
- e) Abschnitt 6 „Prüfungen“ hinzugefügt;
- f) bisherigen Abschnitt 6 „Verpackung“ gestrichen;
- g) Abschnitt 7 „Kennzeichnung“ aufgenommen.