

	DIN EN ISO 11199-2/A1	
ICS 11.180.10	<div>Entwurf</div>	Einsprüche bis 2024-05-08 Vorgesehen als Änderung von DIN EN ISO 11199-2:2021-11
<p>Technische Hilfen zum Gehen für beidarmige Handhabung – Anforderungen und Prüfverfahren – Teil 2: Rollatoren – Änderung 1: Streichung der Anforderungen an die Bremsen in 6.5 Bauliche Anforderungen (ISO 11199-2:2021/DAM 1:2024); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 11199-2:2021/prA1:2024</p> <p>Assistive products for walking manipulated by both arms – Requirements and test methods – Part 2: Rollators – Amendment 1: Eliminate brake requirements in 6.5 Structure requirements (ISO 11199-2:2021/DAM 1:2024); German and English version EN ISO 11199-2:2021/prA1:2024</p> <p>Produits d’assistance à la marche manipulés avec les deux bras – Exigences et méthodes d’essai – Partie 2: Déambulateurs – Amendement 1: Supprimer les exigences relatives aux freins en 6.5 Exigences relatives à la structure (ISO 11199 2:2021/DAM 1:2024); Version allemande et anglaise EN ISO 11199-2:2021/prA1:2024</p> <p>Anwendungswarnvermerk</p> <p>Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2024-03-08 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.</p> <p>Weil das beabsichtigte Dokument von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.</p> <p>Stellungnahmen werden erbeten</p> <ul style="list-style-type: none">– vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;– oder als Datei per E-Mail an gesutech@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;– oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Gesundheitstechnologien (NAGesuTech), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin. <p>Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Gesamtumfang 9 Seiten</p> <p>DIN-Normenausschuss Gesundheitstechnologien (NAGesuTech)</p>		

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11199-2:2021/prA1:2024) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 173 „Assistive products“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 293 „Hilfsmittel und Barrierefreiheit“ erarbeitet, dessen Sekretariat von SIS (Schweden) gehalten wird.

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 176-06-05 AA „Gehhilfen“ im DIN-Normenausschuss Gesundheitstechnologien (NAGesuTech).

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

<i>Titel de:</i>	Technische Hilfen zum Gehen für beidarmige Handhabung — Anforderungen und Prüfverfahren — Teil 2: Rollatoren — Änderung 1: Streichung der Anforderungen an die Bremsen in 6.5 Bauliche Anforderungen (ISO 11199-2:2021/DAM 1:2024)
<i>Titel en:</i>	Assistive products for walking manipulated by both arms — Requirements and test methods — Part 2: Rollators — Amendment 1: Eliminate brake requirements in 6.5 Structure requirements (ISO 11199-2:2021/DAM 1:2024)
<i>Titel fr:</i>	Produits d'assistance à la marche manipulés avec les deux bras — Exigences et méthodes d'essai — Partie 2: Déambulateurs — Amendement 1: Supprimer les exigences relatives aux freins en 6.5 Exigences relatives à la structure (ISO 11199-2:2021/DAM 1:2024)