

DIN EN ISO 15002/A1

ICS 11.040.10; 17.120.10

Entwurf

Einsprüche bis 2017-05-03
Vorgesehen als Änderung von
DIN EN ISO 15002:2008-11

Durchflussmesseinrichtungen zum Anschluss an Entnahmestellen von Rohrleitungssystemen für medizinische Gase (ISO 15002:2008/DAM 1:2017); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 15002:2008/prA1:2017

Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems (ISO 15002:2008/DAM 1:2017);

German and English version EN ISO 15002:2008/prA1:2017

Dispositifs de mesure de débit pour raccordement aux prises murales des systèmes de distribution de gaz médicaux (ISO 15002:2008/DAM 1:2017);

Version allemande et anglaise EN ISO 15002:2008/prA1:2017

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-03-03 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nark@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 11 Seiten

DIN-Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK)

Nationales Vorwort

Dieser Änderungsentwurf (EN ISO 15002:2008/prA1:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 121 „Anaesthetic and respiratory equipment“ (Sekretariat: ANSI, USA) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 215 „Beatmungs- und Anästhesiegeräte“ (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) unter Beteiligung deutscher Experten erarbeitet. Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 053-03-06 AA „Zentrale Gasversorgungsanlagen“ im DIN-Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK).

Mit dem vorliegenden Änderungsentwurf werden die Festlegungen an die Genauigkeit von Durchflussmesseinrichtungen und Anforderungen an Durchflussmesseinrichtungen mit fest angebrachten Blenden ergänzt.

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der EN ISO 15002/prA1 beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

**Durchflussmesseinrichtungen zum Anschluss an Entnahmestellen von
Rohrleitungssystemen für medizinische Gase
(ISO 15002:2008/DAM 1:2017)**

*Dispositifs de mesure de débit pour raccordement aux prises murales des systèmes de distribution de gaz médicaux
(ISO 15002:2008/DAM 1:2017)*

*Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems
(ISO 15002:2008/DAM 1:2017)*

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp: Änderung
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D

STD Version 2.8f

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	3
Vorwort	4
1 Änderung zu 5.4.2 Ausgangsverbindungsstück.....	5
2 Änderung zu 5.4.6.3 Genauigkeit des Durchflusses.....	5
3 Änderung zu 5.4.7.3 Genauigkeit des Durchflusses.....	5
4 Änderung zu 5.4.8.3.3.....	5