

DIN EN ISO 4796-1

ICS 71.040.20

Einsprüche bis 2014-01-08
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN ISO 4796-1:2001-07

Entwurf**Laborgeräte aus Glas –
Flaschen –****Teil 1: Flaschen mit Gewindehals (ISO/DIS 4796-1:2013);
Deutsche Fassung prEN ISO 4796-1:2013**

Laboratory glassware –

Bottles –

Part 1: Screw-neck bottles (ISO/DIS 4796-1:2013);

German version prEN ISO 4796-1:2013

Verrerie de laboratoire –

Flacons –

Partie 1: Flacons à col à vis (ISO/DIS 4796-1:2013);

Version allemande prEN ISO 4796-1:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-11-08 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an fnla@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN, 60061 Frankfurt am Main, Postfach 15 01 04 (Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 25, 60486 Frankfurt am Main).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom CEN/TC 332 „Laborausrüstungen“ aus der Internationalen Normenorganisation ISO übernommen. Sie wurde im ISO Technischen Komitee TC 48 „Laboratory equipment“ erarbeitet. Alle genannten Gremien stehen unter deutschem Sekretariat.

Das zuständige deutsche Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss „Glasgeräte und Glasapparate“ (NA 055-01-03 AA) im Normenausschuss „Laborgeräte und Laboreinrichtungen“. Er war federführend an der Erarbeitung dieser Internationalen, Europäischen und Deutschen Norm beteiligt.

Für die in Abschnitt 2 genannte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 3585 siehe DIN ISO 3585.

DIN EN ISO 4796 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel *Laborgeräte aus Glas — Flaschen*

- Teil 1: *Flaschen mit Gewindehals*
- Teil 2: *Flaschen mit konischem Hals*
- Teil 3: *Tubusflaschen*

Änderungen

Gegenüber DIN EN ISO 4796-1:2001-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Gewindehalsflaschen mit Nennvolumina von 150 ml, 750 ml und 3 500 ml wurden in die Norm aufgenommen.

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3585, *Borosilicatglas 3.3 — Eigenschaften*

Laborgeräte aus Glas — Flaschen — Teil 1: Flaschen mit Gewindehals (ISO/DIS 4796-1:2013)

Verrerie de laboratoire — Flacons — Partie 1 : Flacons à col à vis (ISO/DIS 4796-1:2013)

Laboratory glassware — Bottles — Part 1: Screw-neck bottles (ISO/DIS 4796-1:2013)

ICS: 71.040.20

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D